ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2020 – SEGUNDO LLAMADO

Adquisición y puesta en funcionamiento de equipos generales, médicos y odontológicos para 20 unidades de salud familiar de la ciudad de limpio

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01

RESPUESTAS Y ACLARACIONES A CONSULTAS EN EL MARCO DE LA Licitación Pública Nacional: LPN Nº 01/2020 – Segundo Llamado:

CONSULTA N° 1 Favor aclarar si la Licitación es por el total o por ítem:
RESPUESTA: Se aclara que el modo de adjudicación es por **ITEM.**

CONSULTA N° 2 Ítem 28 - Balón de oxígeno 6 m3
ANEXO III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - dice: Válvula de palanca desarrollada en los Estados Unidos de América.
Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Válvula tipo palanca o tipo CGA 540.-
RESPUESTA: Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC

CONSULTA N°3 Ítem 43 - Regulador y reductor de Oxígeno portátil (Manómetro)
ANEXO III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - dice: Flujo de oxígeno entre 3 y 15 litros por minuto.
Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Flujo de oxígeno entre 1 y 15 litros por minuto. –
RESPUESTA: Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC

CONSULTA N° 4 Ítem 43 - Regulador y reductor de Oxígeno portátil (Manómetro)
ANEXO III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - dice: Frasco de plástico de 300 cc.
Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Frasco de plástico de 250cc mínimo. –
RESPUESTA: Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC

CONSULTA N° 5 Ítem 44 - Regulador de oxígeno portátil
ANEXO III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - dice: Flujo de oxígeno entre 3 y 15 litros.
Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Flujo de oxígeno entre 1 y 15 litros por minuto. –
RESPUESTA: Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC.

<u>CONSULTA N° 6</u> Ítem 44 - Regulador de oxígeno portátil
ANEXO III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - dice: Frasco de plástico de 300cc.
Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Frasco de plástico de 250cc mínimo. –
RESPUESTA: Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC

<u>CONSULTA N° 7</u> Ítem 57 - Autoclave
ANEXO III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - dice: Capacidad de la cámara interna: al menos 60 litros ±5%.
Solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Capacidad de la cámara interna: al menos 100 litros ±5%
RESPUESTA: Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC

<u>CONSULTA N° 8</u> Ítem 57 - Autoclave
ANEXO III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - dice: Rango de temperatura de esterilización variable de 121ºC a 134ºC o mayor rango
Solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Rango de temperatura de esterilización variable de 105ºC a 130ºC o mayor rango.
RESPUESTA: Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC

<u>CONSULTA N° 9</u> Ítem 57 - Autoclave
ANEXO III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - dice: Certificado de aprobación de la cámara emitida por la ASME o por una Agencia de Inspección autorizada oficialmente por la ASME.
Solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto sea solicitado de la siguiente manera: Fabricación conforme a norma ASME o norma Mercosur (ejemplo ABNT) o norma CE.
RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

<u>CONSULTA N°10</u> PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos requeridos, muchos de los cuales deben ser importados del exterior, lo cual obliga a esperar por procesos de producción, transportes y trámites aduaneros, y como es de público conocimiento, todos estos procesos están ralentizados como consecuencia de la pandemia.

Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Convocante, extender el plazo a 90 (noventa) días corridos, contados a partir del Cobro del Anticipo.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 1

CONSULTA N° 11 CAPACIDAD TÉCNICA:

Solicitamos al Convocante exija la presentación de la "Autorización de Apertura Importadora, Distribuidora, Representante y Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección Individual, Clase I, II, III, IV, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social"

RESPUESTA**:** Remitirse a la Adenda N°1

CONSULTA N° 12 Garantía de mantenimiento de oferta y garantía de anticipo forma de presentación bancaria o póliza caución. favor aclarar porcentajes y plazos

RESPUESTA: Favor remitirse a lo establecido en la CGL y CEL del PBC.

CONSULTA N° 13 En relación al poder del representante es necesaria una especial para esta licitación si ya en la última modificación ya figura como representante para obligar y/o contratar en nombre de la firma. favor aclarar.

RESPUESTA: El firmante de la oferta debe tener poder para obligar y/o contratar en nombre de la firma, en caso de que este no se encuentre debidamente autorizado en los estatutos de la firma.