

Asunción, 26 de enero del 2021

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

ADENDA N°2

CONCURSO DE OFERTA N° 06/2020 – SEGUNDO LLAMADO – ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO GENERAL PARA 20 USF'S DEL DISTRITO DE LIMPIO

Por la cual se modifica el siguiente apartado del CONCURSO DE OFERTA N°06/2020 .- SEGUNDO LLAMADO:

FORMULARIO N° 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM N°	Producto	Total Cantidad	Especificaciones técnicas requeridas	Especificaciones técnicas ofertas
1	Franelógrafo	20	Estructura realizada en plástico. Base forrada de 1 cm de grosor Medidas: 1.20 m x 1.00 m. Rango de variación en medidas preestablecidas con un margen de +- de 0.05 m Garantía escrita por 1 año.	
2	Balde de plástico para repasado de piso	48	Balde de plástico con capacidad maxima de 15 litros.	
3	Balón de oxígeno 6 m3	8	El fabricante debe tener la norma de calidad ISO. Construcción según ISO, CE, UL, FDA, JIS, TÜV, MERCOSUR, al menos dos de ellos. Manual de usuario en español. Pintado en color internacional convencional para oxígeno. Certificado de calidad e inspección técnica. Incluir una copia de las pruebas de control de calidad. Cesto y sistema de protección con bolsa y correas para facilitar la movilidad en forma manual. Equipado con una válvula de conexión de carga ABNT 218-1, conexión a un cilindro NGT de 3/4 ". Tubo de oxígeno con: Diámetro 4.38", Altura 16.7" y construcción en aluminio 6061 T6, con tuberías y máscaras. Bombilla de gas para oxígeno medicinal. Fabricados en acero de alta presión sin costuras, oxígeno médico, incluida la carga inicial con oxígeno medicinal.	

			<p>El cilindro debe incluir las nomenclaturas correctamente. Impreso; fecha, serie del fabricante, tara, presión de trabajo, etc. Capacidad de almacenamiento de 6 m³ o superior. Documento que garantiza la recarga de las empresas en el mercado nacional.</p> <p>Equipado con válvula de palanca y llave de paso para el llenado.</p> <p>Garantía escrita por 2 años.</p>	
4	Sillón de extracción	4	<p>Estructura acero cromado.</p> <p>Respaldo y piecero articulados hasta la posición de horizontal. Reposabrazos regulables y desmontables.</p> <p>Totalmente articulado y de fácil limpieza.</p> <p>Espacio disponible: Sentado: Ancho 0,60 a 0,80 Largo 0,98 a 1,65, Altura 0,55 a 1,32 Posición.</p> <p>Con un margen de variación +- de 0.05 m.</p> <p>Garantía escrita por 2 años.</p>	
5	Equipo de ultrasónico	4	<p>Desarrador ultrasónico portátil: Frecuencia 28 kHz o más, voltaje 220 - 240V - 50 Hz/60Hz, regulador de flujo de agua, kit de 5 puntas por equipo, con reservorio de agua incluido, incluir bandeja auxiliar.</p> <p>Garantía escrita por 2 años.</p>	
6	Set de instrumentos (*ver ANEXO A)	4	<p>VER ANEXO A</p> <p>Garantía escrita por 1 año.</p>	

ÍTEM 6 ANEXO A- Lista de Insumos/ Materiales incluidos en el Set de Instrumentos				
Ítem No.	Producto	Cantidad por set	Especificaciones técnicas requeridas	Especificaciones técnicas ofertadas
1	Juego/Kit de fórceps	2	Juego de 9 pinzas para exodoncia. Superior e inferior.	
2	Juego/Kit de elevadores	3	Kit de elevadores de Raíz. Dos curvos (derecho/izquierdo) y uno recto.	
3	Sindesmotomo	5	Instrumental para disección curvo.	
4	Legra	5	Delicada / Periototomo / Periotomo para uso odontológico, instrumental para tejido blando.	
5	Pinza Gubia	5	Gubia Recta Mediana, instrumental para tejido duro.	

6	Tijera Curva	5	Tipo Curva Iris, instrumental para tejido blando.
7	Tijera Recta	5	Tipo Recta Iris, instrumental para tejido blando.
8	Tijera Curva	5	Tipo Curva Mayo, instrumental para síntesis.
9	Tijera Recta	5	Tipo Recta Mayo, instrumental para síntesis.
10	Excavadores dentales	5	Curetas Lucas, instrumental para tejido blando.
11	Cucharita de Black metálica	10	Cucharita de Black Metálica doble.
12	Sonda Exploradora	20	Sonda Exploradora Doble N° 4, instrumental para inspección.
13	Pinza para Algodón	20	Para Algodón 14 CM, instrumental para inspección.
14	Cureta Periodontal	5	Cureta Recta Molt, instrumental para tejido blando.
15	Jeringa Carpule	5	Carpule Auto Aspirante, instrumental para anestesia.
16	Caja para instrumentales	2	Caja metálica Acero Inoxidable 26x12x5cm, instrumental para tejido duro.
17	Pinza Hemostática	5	Recta 11cm, instrumental para tejido blando.
18	Pinza de Disección	5	De Disección con Diente, Tipo Adson.
19	Pinza de Disección	5	De Disección sin Diente, Tipo Adson.
20	Separador de Minosota	3	Separador de Minosota, instrumental para tejido blando.
21	Separador para Faradeuf	3	Separador para Cirugía, instrumental para tejido blando.
22	Mango de bisturí	3	Mango de bisturí, instrumental para tejido blando N° 2.
23	Pinza porta Aguja	2	Mayo Hegar 15cm.
24	Pinza porta Aguja	2	Castro Viejo.
25	Pinza Hemostática	3	Para Asepsia de 17cm, instrumental para tejido blando.
26	Cureta Periodontal	1	Juego de curetas TIPO Gracey x 4 unidades medidas 5/6; 7/8;11/12;13/13 con Piedras de arkansas para afilar.
27	Pinzas Backaus	2	Tipo Backaus de 150cm.
28	Kit fresas quirúrgicas	2	1. Fresa diamantada cónica de diámetro 014 y largo 12 mm p/ turbina. 2. Fresa de carburo N°8 p/ PM de diámetro 0,23 y 5 mm de largo. 3. Fresa de carburo N 8, diámetro 0,23 y 5 mm de largo. 4. Fresa de carburo N° 171 cónica p/ pieza mano diámetro 012 y 4,0 de largo.
29	Espátula metálica	2	Espátula metálica para cementos.
30	Loceta de vidrio	2	Loceta de vidrio para cemento.
31	Aspirador Metálico	3	Instrumentos y dispositivos dentales.

32	Espátula de plástico	5	Espátula para Resina.	
33	Espejo bucal c/mango p/espejo	20	Instrumental de inspección. Espejo N°: 4 y mango para espejo.	

Firma: En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]

OBSERVACION: TODAS LAS DEMAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PBC SE MANTIENEN SIN MODIFICACIÓN.