

**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS****ADENDA N°1****LPN N° 14/2021 – ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES DE OXIGENO**

Por la cual se modifica los siguientes apartados de la LPN N°14/2021:

**ANEXO 3 – ESPECIFICACIONES TECNICAS**

ITEM N°	Bien	Especificaciones Técnicas Requeridas	Cantidad Requerida	Marca	Modelo	Especificaciones técnicas Ofertadas
1	Concentradores de Oxigeno	<p>Flujo de 2-10LPM            Concentración O<sub>2</sub>:            96%+ -3% (2-9L), con presión de salida 0,08Mpa (+/- 0.01Mpa)            Los accesorios que deben acompañar al Concentrador mínimamente son los siguientes:            01-(un)Frasco humidificador de plástico de 200 ml como mínimo;            01-(una) Manguera para conexión del Frasco humidificador al concentrador;            01-(una) Cánula nasal con tubuladura de 1 metro (+/- 0,5 m);            01-(una) Cánula nasal con tubuladura de 3 metros (+/- 0,5 m).</p> <p>Fabricación acorde a las normas internacionales.            garantía de 2 (dos) años a partir de la fecha de uso.</p>	500			

**ANEXO 2 - PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES**

**Plazo de entrega:** 500 (Quinientas) unidades de Concentradores de 90 días a 120 días como máximo. El lugar de entrega se deberá realizar en los lugares establecidos en el ANEXO 2 del PBC.

**OBSERVACION: TODAS LAS DEMAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PBC SE MANTIENEN SIN MODIFICACIÓN.**