

**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS****CONCURSO DE OFERTAS N°06/2022****ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS****CIRCULAR ACLARATORIA N°02****RESPUESTAS Y ACLARACIONES A CONSULTAS EN EL MARCO DEL CONCURSO DE OFERTAS N°06/2022:****1 – Consulta:**

Donde dice “Módulo visible a distancia que permita su giro lateral y vertical para posicionarlo según la necesidad del usuario.” Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con modulo visible a distancia que permita su ajuste vertical para posicionarlo según necesidad. Considerando que el equipo que permiten giro lateral del modulo es propio de la marca Medix-Natus. De esta manera dar lugar de participación a potenciales oferentes y por lo tanto mayor variedad de oferta.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°03.

**2 – Consulta:**

Donde dice “El equipo deberá permitir realizar movimientos accionados electrónicamente con tecla de autocentrado Trendelemburg-Anti-Trendelemburg continuos, que permita llegar a un ángulo de +/-15°.” Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con posicionamiento de trendelembur inverso y reverso en forma manual y que permita llegar a un ángulo de +/-12°. Sugerimos “El equipo deberá permitir realizar movimientos accionados electrónicamente; Movimiento de Trendelemburg-Anti-Trendelemburg manual, que permita llegar a un ángulo de 15° +/- 3°. De esta manera permitir la participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°03.

**3 – Consulta:**

Donde dice “Deberá poseer un gabinete rodante con cuatro ruedas, de al menos tres con freno muy robusto, de máxima seguridad para el traslado dentro de terapia”. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con 2 ruedas con freno. Sugerimos la siguiente descripción “Deberá poseer un gabinete rodante con cuatro ruedas, de al menos dos con freno muy robusto, de máxima seguridad para el traslado dentro de terapia.” De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°03.

**4- Consulta**

Donde dice “Pantalla de ayuda para obtener información deseada del equipo” Solicitamos amablemente a la convocante eliminar o dejar como opcional este requerimiento, debido a

que direcciona hacia la marca Medix. Además, esto no afecta a la funcionalidad del equipo debido a que solicitan en las especificaciones manuales de servicios y usuarios

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°03

## **5 – Consulta:**

Solicitamos amablemente a la convocante agregar a las especificaciones balanza integrada al equipo, considerando que estos equipos son de terapia y la medición constante del peso del paciente es de suma importancia, especialmente cuando se requiera periodo largo de internación, esto no encarece el equipo ni limita sus prestaciones, considerando que son configuraciones estándar de la mayoría de los equipos y no limita la participación de oferentes. Sugerimos que este agregado a las especificaciones sean requerimientos mínimos y no aceptar equipos sin balanza.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°01

## **6- Consulta:**

Donde dice “Reset de alarma para silenciamiento por 15 minutos de alarmas acústicas. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con reset de alarma para silenciamiento sin límite de tiempo o sin especificar el tiempo. Esta no altera las prestaciones del equipo y permite la participación de mayor cantidad de oferentes. Sugerimos “Reset de alarma para silenciamiento de alarmas acústicas por 5 minutos o más.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°03

## **7- Consulta:**

Donde dice “Autocalibración permanente del sistema de medición de temperatura de aire” Solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional a esta función. Considerando que la calibración de temperatura es un modo de servicio técnico y se requiere de instrumentos de medición y calibración precisa para realizar esta función.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°03

## **8 – Consulta**

Donde dice “Idioma de paneles: Español con su correspondiente pictografía.” Solicitamos amablemente a la convocante aceptar Idioma de paneles: Español o Ingles con su correspondiente pictografía. Considerando que esta no altera las prestaciones del equipo, además el modulo de control de la cuna de calor radiante generalmente está compuesta de números, símbolos, y código de errores. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°03.

## **9 – Consulta:**

Donde Dice “Verificación de paciente o vigilar paciente en modo manual.” Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como opcional o eliminar del requisito. Esta solicitud se debe que es una función propia de la marca medix; Además la

manera mas propicia de vigilar paciente o monitorizar es con la función servo controlada con el sensor de temperatura piel, el cual la mayoría de las marcas cumplen con dicha función.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°03.