

Asunción, 04 de noviembre del 2022

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

CONCURSO DE OFERTAS N°11/2022 ADQUISICION DE AUTOCLAVE

Por la cual se modifica los siguientes apartados:

DONDE DICE:

SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.

k) Certificado de fabrica para realizar Fabricación de recipientes a presión bajo norma ASME o Ped.

DEBE DECIR:

SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.

k) Certificado de fabrica para realizar Fabricación de recipientes a presión bajo norma ASME o Ped o presentar DDJJ.

DONDE DICE:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
1	AUTOCLAVE	1	<p>Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA, AÑO DE FABRICACIÓN, FOTO REFERENCIALES Y FOLLETO DE EQUIPO</p> <p>Dimensiones cámara:aprox. 500 x 500 x 1300 mm (anchoxaltoxprofundo) Dimensiones totales: aprox. 900 x 1824 x 1622 mm (anchoxaltoxprofundo) Volumen: 300 litros o mayor Potencia: 21 Kw Tensión trifásica III 400 V/50 Hz</p> <p>*Microordenador industrial y pantalla táctil *Doble CPU (control y registro) *Impresora de datos proceso/conexión Ethernet *Vacío con eyector/economizador de agua *Juego de guías inferiores *Marcado CE producto sanitario *Recámara continua *PROGRAMAS -Test de vacío</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> -Test de Bowie & Dick -Pre-calentamiento -Estándar a 134 °C -Estándar a 121 °C -Rapid a 134 °C -Contenedores a 134 °C -Especial P a 134 °C - Incluye Instalación y dejar operativo -Capacitación de uso - Garantía 3 años 	
--	--	--	--	--

DEBE DECIR:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
1	AUTOCLAVE	1	<p>Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA, AÑO DE FABRICACIÓN, FOTO REFERENCIALES Y FOLLETO DE EQUIPO</p> <p>Dimensiones cámara:aprox. 500 x 500 x 1300 mm o 450 x 500x 1200mm. (anchoxaltoxprofundo)</p> <p>Dimensiones totales: aprox. 900 x 1824 x 1622 mm o 900 x 1824 x 1500mm. (anchoxaltoxprofundo)</p> <p>Volumen: 300 litros o mayor</p> <p>Potencia: 21 Kw o mayor.</p> <p>Tensión trifásica III 400 V/50 Hz</p> <p>*Microordenador industrial y pantalla táctil</p> <p>*Doble CPU (control y registro)</p> <p>*Impresora de datos proceso/conexión Ethernet</p> <p>*Vacío con eyector/economizador de agua o BOMBA DE VACIO EN SECO.</p> <p>*Juego de guías inferiores</p> <p>*Marcado CE producto sanitario o certificaciones FDA (de EE.UU.), CE (Comunidad Europea), TUV (Norma Alemana) o habilitación del Ministerio de Salud del país de origen a través de una Institución Técnica de países miembros del MERCOSUR tales como la ANMAT (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Argentina) y ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil).</p> <p>*Recámara continua</p>	

			<p>*PROGRAMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Test de vacio -Test de Bowie & Dick -Pre-calentamiento -Estándar a 134 °C -Estándar a 121 °C -Rapid a 134 °C -Contenedores a 134 °C -Especial P a 134 °C - Incluye Instalación y dejar operativo -Capacitación de uso - Garantía 3 años 	
--	--	--	---	--

DONDE DICE:

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes deberán ser entregados de manera **20 días corridos**, a partir de la firma de contrato en la siguiente dirección: **Hospital Distrital de Limpio (Mcal. Estigarribia y Melo de Portugal).**

DEBE DECIR:

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El oferente debe tener en stock el bien solicitado o entregar a los 30 días corridos a partir de la firma del contrato, en la siguiente dirección: **Hospital Distrital de Limpio (Mcal. Estigarribia y Melo de Portugal).**

OBSERVACION: TODAS LAS DEMAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PBC SE MANTIENEN SIN MODIFICACIÓN.