

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**LPN N°10/2022
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS****CIRCULAR ACLARATORIA N°02****RESPUESTAS Y ACLARACIONES A CONSULTAS EN EL MARCO DE LA SOLICITUD
DE LA LPN N°10/2022.****CONSULTA N° 19**

Mesa quirúrgica eléctrica.

Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico

Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas...

¿Podrían aclarar si la mesa debe ser eléctrica o mecánica? Las características técnicas señalan una mesa mecánica, accionada por pedales y manivelas mecánicas.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA N°81

ITEM 1 MESA QUIRURGICA ELÉCTRICA

Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.

Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita la cotización de:

Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico o mediante control alámbrico.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA N°82

ITEM 1 MESA QUIRURGICA ELÉCTRICA

Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.

Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita la cotización de: Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas y/o por medio de control alámbrico para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N°4