

## ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

### LPN N°10/2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

#### CIRCULAR ACLARATORIA N°03

#### RESPUESTAS Y ACLARACIONES A CONSULTAS EN EL MARCO DE LA SOLICITUD DE LA LPN N°10/2022.

##### CONSULTA N° 156

Donde dice

Con accionamiento automático desde el comando selector en el panel de comando, y ausencia de esfuerzo físico.

Consulta

Solicitamos a la convocante dejar este punto como opcional teniendo en cuenta que este tipo de solicitudes son para las puertas automáticas.

##### **RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 5.**

Se considerará este requerimiento como opcional dado que la capacidad general del equipo no requiere de su accionamiento automático.