

OEI BUE LPN 44/2022
Adquisición de Mobiliario y Equipamiento en el marco de la Construcción de los Centros de
Atención Primaria (CAPS)

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2⁽¹⁾

1. Pregunta del Oferente:

1) Lote N° 2

Ítem N° 14 – Espaldar sueco

En las especificaciones técnicas, y luego de describir las características técnicas del espaldar que se solicita, se menciona lo siguiente:

“Con dispositivo para candado. Cada compartimiento interior debe poseer un caño porta percha. Medidas mínimas: 1,90m de alto x 0,50m de profundidad x 0,50 de ancho.”

Entendemos que este párrafo se trata de un error, ya que parece referirse a las características de un guardarropas.

Por favor confirmar este punto.

Respuesta

Es correcta la observación, se modifica especificación del ítem. **VER ENMIENDA N°2.**

2. Pregunta del Oferente:

4) Lote N° 2

Ítem N° 21 - Nebulizador

En las Especificaciones y requisitos técnicos, se solicita “protección anti desborde de frasco de aspiración” y más abajo “1000 cm³” que suponemos se refiere a la capacidad del frasco. Como los aspiradores ya han sido solicitados en el Ítem N° 2, entendemos que se trata de un error ya que, por disposiciones de ANMAT, el nebulizador no debe poseer aspiración.

Por favor confirmar este punto.

Respuesta

Es correcta la observación, se modifica especificación del ítem. **VER ENMIENDA N°2.**

⁽¹⁾ Por normativa las preguntas de los Oferentes se transcriben exactamente cómo se reciben, por lo que errores de sintaxis, técnicos, etc se mantienen como son enviados.