

OEI BUE LPN 44/2022**Adquisición de Mobiliario y Equipamiento en el marco de la Construcción de los Centros de Atención Primaria (CAPS)****ENMIENDA N° 2**

1. 1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 1.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE CADA ÍTEM POR LOTE, página 27 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (CPL)

DONDE DICE:**LOTE 2 - ITEM 14: Espaldar Sueco****Cantidad: NUEVE (9)****Especificaciones y requisitos técnicos**

Escalera sueca confeccionada en madera tipo Tornillo o de mayor resistencia. Al menos tres subdivisiones verticales. Al menos 12 peldaños y 2 barra de amarre, fijadas a la pared con al menos 12 anclajes. Acabado barniz natura. Al menos 2,00m de altura x 2,00m de ancho. Con dispositivo para candado. Cada compartimiento interior debe poseer un caño porta percha. Medidas mínimas: 1,90m de alto x 0,50m de profundidad x 0,50 de ancho.

DEBE DECIR:**LOTE 2 - ITEM 14: Espaldar Sueco****Cantidad: NUEVE (9)****Especificaciones y requisitos técnicos**

Escalera sueca confeccionada en madera tipo Tornillo o de mayor resistencia. Al menos tres subdivisiones verticales. Al menos 12 peldaños y 2 barra de amarre, fijadas a la pared con al menos 12 anclajes. Acabado barniz natura. Al menos 2,00m de altura x 2,00m de ancho.

2. 1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 1.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE CADA ÍTEM POR LOTE, página 28 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (CPL)

DONDE DICE:**LOTE 2 - ITEM 21: Nebulizador****Cantidad: NUEVE (9)****Especificaciones y requisitos técnicos**

Certificado de ANMAT. Con diafragma, protección anti desborde de frasco de aspiración, filtro de protección. Sistema sin lubricación y salida regulable del caudal de aire. 1000 cm³. Al menos hasta 28 l/min. Al menos 1.7 kg/cm². Se deben incluir 3 juegos de pipetas y máscara adulto y pediátrica por kit. Alimentación: 220V, 50HZ. Manual de

usuario. Garantía escrita. 1 año de garantía. Garantizar provisión de repuestos por al menos 5 años. Capacitación a usuarios y técnicos.

DEBE DECIR:**LOTE 2 - ITEM 21: Nebulizador**

Cantidad: NUEVE (9)

Especificaciones y requisitos técnicos

Certificado de ANMAT. Con diafragma, Se deben incluir 3 juegos de pipetas y máscara adulto y pediátrica por kit. Alimentación: 220V, 50HZ. Manual de usuario. Garantía escrita. 1 año de garantía. Garantizar provisión de repuestos por al menos 5 años. Capacitación a usuarios y técnicos.